




2015 - 2021



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



JUNTA DE ACLARACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2017

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2018, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2017; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 33 BIS Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY Y DE LOS NUMERALES 2, 2.1, 7 Y 7.1 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN; REUNIDOS EN LA SALA DE LICITACIONES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE Y DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LA ARQ. MARÍA GUADALUPE DÍAZ CHAGOLLA, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y MEDIANTE OFICIO I.I.F.E.E.M./ /MEM/DG/131/2018 TUVO A BIEN DESIGNAR A EL C. JOSE GERARDO PONCE ARREOLA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA, LES EXPLICA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SEGÚN LAS BASES QUE RIGEN ESTE CONCURSO Y PROCEDE, A HACER LAS ACLARACIONES Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS LEGALMENTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES Y ANEXOS QUE RIGEN ESTA LICITACION, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PROVEEDORES

INTER PC DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS S.A. DE C.V

1.-PREGUNTA 1.- ¿LOS REQUERIMIENTOS SON MÍNIMOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS DE ESTA LICITACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

2.- PREGUNTA 2.- LOS DIFERENTES PRODUCTOS QUE CONFORMAN ESTA LICITACIÓN SE PUEDEN ENTREGAR EN PARCIALIDADES?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES DE ESTA LICITACION

3.- PREGUNTA 3.- PUNTO 6 INCISO 7 ANEXO 4.- SOLICITAN CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE MANIFIESTE QUE ES FABRICANTE, EN CASO DE NO SERLO, COPIA CERTIFICADA DE CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE; EN LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACEPTEN CARTA DE APOYO DE MAYORISTA PARA LOS PRODUCTOS QUE NO SEAN EQUIPOS DE COMPUTO QUE SOLICITAN EN LA PARTIDA 4, ES POSIBLE ESTO?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.

4.- PREGUNTA 4.- SI EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN ALGUNO DE LOS PRODUCTOS FUERA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE SE PODRÁ ENTREGAR EL REEMPLAZO DE ESTE EN EL MERCADO?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SEA IGUAL O SUPERIOR A LO SOLICITADO EN BASES.

5.- PREGUNTA 5.- PUNTO 6 INCISO 8 ANEXO N° 5.-PIDEN CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SON PRODUCIDOS EN MÉXICO Y TIENEN UNA INTEGRACIÓN DE POR LO MENOS 50% DE CONTENIDO NACIONAL, EN ESTA LICITACION HAY PRODUCTOS QUE NO SON PRODUCIDOS EN MEXICO Y NO CUENTA CON EL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR PRODUCTOS QUE NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO , ES POSIBLE ESTO?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE NO EXISTEN EN EL PAIS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, O QUE CUENTEN CON UNA INTEGRACION DE POR LO MENOS EL 50% DE CONTENIDO NACIONAL.






2015 - 2021



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



JUNTA DE ACLARACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

6.- EN EL ANEXO NO. 2, SOLICITAN; NO. DE REGISTRO DE PROVEEDOR, MÍ REPRESENTADA NO CUENTA CON ALGÚN NÚMERO ESPECÍFICO DE PROVEEDOR, FAVOR DE INDICARME SI ES CORRECTO: N/A.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

7.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 1 (MESA DE TRABAJO DE 8 PLAZAS CON TOMA DE AGUA Y GAS), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS MEDIDAS DE: LARGO, FONDO Y ALTO.

RESPUESTA: 2400MM LARGO X 1000MM ANCHO X 900MM ALTO

8.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 1 (MESA DE TRABAJO DE 8 PLAZAS CON TOMA DE AGUA Y GAS), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL MATERIAL DE LA CUBIERTA.

RESPUESTA: MESA CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE T304

9.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 1 (MESA DE TRABAJO DE 8 PLAZAS CON TOMA DE AGUA Y GAS), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ALGÚN DISEÑO O IMAGEN DEL MISMO Y EL COLOR EN QUE SE REQUIERE TANTO DE VISTA COMO DE CUERPO.

RESPUESTA: NO SE CUENTA CON IMAGEN, APEGARSE A BASES, LA CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE T304, LA ESTRUCTURA SERÁ COLOR BLANCO

10.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 3 (GABINETES MODULARES SIMPLES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS MEDIDAS DE: LARGO, FONDO Y ALTO.

RESPUESTA: L 1000 MM X A 550 MM X H 900MM

11.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 3 (GABINETES MODULARES SIMPLES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE MATERIAL DE LA CUBIERTA, MATERIAL PARA LOS MÓDULOS.

RESPUESTA. LA CUBIERTA ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 Y LOS MODULOS EN LAMINA ROLADA CAL. 20

12.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 3 (GABINETES MODULARES SIMPLES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ALGÚN DISEÑO O IMAGEN DEL MISMO Y EL COLOR EN QUE SE REQUIERE TANTO DE VISTA COMO DE CUERPO.

RESPUESTA: NO SE CUENTA CON IMÁGENES DEL MISMO, LA ESTRUCTURA SERÁ COLOR BLANCO

13.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 4 (GABINETES MODULARES CON TARJA PARA LAVADO DE MATERIALES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS MEDIDAS DE: LARGO, FONDO Y ALTO DE LOS MÓDULOS.

RESPUESTA: L 1100 MM X A 550 MM X H 900 MM

14.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 4 (GABINETES MODULARES CON TARJA PARA LAVADO DE MATERIALES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA MEDIDA DE LA TARJA Y NOS INDIQUE SI REQUIEREN DE 1 O 2 LLAVES.

RESPUESTA: 40X40X40, 1 LLAVE

15.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 4 (GABINETES MODULARES CON TARJA PARA LAVADO DE MATERIALES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS INDIQUE EL MATERIAL DE CUBIERTA Y PARA LOS MÓDULOS.






2015 - 2021



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



JUNTA DE ACLARACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

RESPUESTA: LA CUBIERTA ES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T304 Y LOS MODULOS EN LAMINA ROLADA CAL. 20

16.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN; 4 (GABINETES MODULARES CON TARJA PARA LAVADO DE MATERIALES, CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PROPORCIONE ALGÚN DISEÑO O IMAGEN DEL MISMO Y EL COLOR EN QUE SE REQUIERE TANTO DE VISTA COMO DE CUERPO.

RESPUESTA: NO SE CUENTA CON IMÁGENES DEL MISMO, LA ESTRUCTURA SERÁ COLOR BLANCO

17.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 14 (MESA DE TRABAJO PARA PROFESOR O INSTRUCTOR) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS MEDIDAS DE: LARGO, FONDO Y ALTO.

RESPUESTA: LAS MEDIDAS SON DE 1200 X 590 X 858 MM

18.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 14 (MESA DE TRABAJO PARA PROFESOR O INSTRUCTOR) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL MATERIAL DE LA CUBIERTA.

RESPUESTA: EL MATERIAL DE LA CUBIERTA ES EN ACERO INOXIDABLE

19.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 14 (MESA DE TRABAJO PARA PROFESOR O INSTRUCTOR) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ALGÚN DISEÑO O IMAGEN DEL MISMO Y EL COLOR EN QUE SE REQUIERE TANTO DE VISTA COMO DE CUERPO.

RESPUESTA: NO SE CUENTA CON IMÁGENES, LA ESTRUCTURA SERÁ COLOR BLANCO

20.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 13 (CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE TRATA DE UNA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES FAVOR DE PROPORCIONARNOS MÁS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: ES UNA CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES Y/O HUMOS, Y LAS CARACTERISTICAS SON LAS PRESENTADAS EN BASES

21.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 13 (CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE TRATA DE UNA CABINA DE SEGURIDAD O DE FLUJO LAMINAR, FAVOR DE PROPORCIONARNOS MÁS CARACTERÍSTICAS. YA QUE CON LA DESCRIPCIÓN QUE VIENE EN BASES NO ES MUY CLARA SI SE TRATA DE UNA DE EXTRACCIÓN DE GASES O DE UNA CABINA DE BIOSEGURIDAD O FLUJO LAMINAR.

RESPUESTA: CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES Y/O HUMOS, LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS ES UN EQUIPO DE VENTILACIÓN LOCAL QUE PROPORCIONA UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO. ES AMPLIAMENTE APLICABLE EN TALLERES ELECTRÓNICOS, QUÍMICOS, MECÁNICA, MEDICINA, UNIVERSIDADES Y LABORATORIOS.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ACCESORIOS: CONDUCTO DE ESCAPE DE PVC DE 4 METROS, LÁMPARA FLUORESCENTE, LAMPARA UV (2), LLAVE DE AGUA Y GAS, FREGADERO. DIMENSIONES EXTERNAS: 1000 X 840 X 2150 MM. DIMENSIONES INTERNAS: 880 X 730 X 745 MM

22.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; EN EL LISTADO DE LOS BIENES DE ESTA PARTIDA MENCIONA EN EL RENGLÓN 6 MUFLA, SIN EMBARGO YA EN LAS DESCRIPCIONES (PAG. 23) MENCIONAN BALANZA ANALÍTICA. FAVOR DE ACLARARNOS SI SE TRATA DE UN ERROR INVOLUNTARIO.

RESPUESTA: ES UN ERROR. LO CORRECTO ES MUFLA: TEMPERATURA MAXIMA 1100 C, DIGITAL, DIMENSIONES DE AREA DE CALENTAMIENTO 15X15X12

23.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 7 (REFRIGERADOR DE 7 PIES CÚBICOS) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE MÁS CARACTERÍSTICAS.





2015 - 2021



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



JUNTA DE ACLARACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

RESPUESTA: APEGARSE A LAS QUE APARECEN EN BASES

24.- PARA LA PARTIDA NO. 3 LABORATORIO DE QUÍMICA; PARA EL RENGLÓN 8 (ESPECTROFOTÓMETRO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONES MÁS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS QUE APARECEN EN BASES

OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO S. A. DE C. V.

25.- PREGUNTA 1.-

PUNTO 8, ANEXO 5 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTANDO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SON PRODUCIDOS EN MÉXICO Y TIENEN UNA INTEGRACIÓN DE POR LO MENOS 50% DE CONTENIDO NACIONAL.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: YA SE CONTESTÓ EN LA PREGUNTA 5

26.- PREGUNTA 2.-

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE COLOCAR EN EL ANEXO 5 QUE MI REPRESENTADA MANIFIESTA QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES QUE OFERTO SON DE IMPORTACIÓN Y TIENE GRADO DE 0%DO CONTENIDO NACIONAL?

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: YA SE CONTESTO EN LA PREGUNTA 5

27.- PREGUNTA 3.-

PUNTO 8 COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO NOTARIAL QUE LO FACULTE PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES ESTO ES ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA O PODER NOTARIAL, CON FACULTADES PARA REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR PODER NOTARIAL SOLO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES DE ESTA LICITACION

28.- PREGUNTA 4.-

PUNTO 8, ANEXO 4 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE MANIFIESTE QUE ES FABRICANTE, EN CASO DE NO SERLO, COPIA DE CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE; EN LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE SE DEBERÁN SEÑALAR LAS PARTIDAS PARA LAS QUE SE OTORGA EL RESPALDO, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA CONFORME A LA MARCA OFERTADA Y EL NÚMERO DE LICITACIÓN.

SOLICITAN QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR SE PRESENTE ESCRITO POR EL FABRICANTE. OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ES FILIAL DEL FABRICANTE OLYMPUS SCIENTIFIC SOLUTIONS AMERICAS INC, POR LO QUE ES REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL FÁBRICANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL ESCRITO SOLICITADO PUEDA SER FIRMADO EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, DISTINTO AL QUE FIRMARÁ POR PARTE DEL LICITANTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LAS CARTAS DE DISTRIBUCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?






2015 - 2021



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



JUNTA DE ACLARACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2017

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO QUIEN FIRMA LA CARTA DE FABRICANTE SEA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, DANDO EL APOYO COMO DISTRIBUIDOR AL LICITANTE EL CUAL DEBE SER FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

29.- PREGUNTA 5.-

PUNTO 8, ANEXO 7 10 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA CUAL SE COMPROMETE A SUSTITUIR LOS BIENES DEFECTUOSOS DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.2 Y 21 DE LAS PRESENTES BASES.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUSTITUIR LOS BIENES DEFECTUOSOS A MAS TARDAR EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES. DEBIDO A QUE NUESTROS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES DE ESTA LICITACION.

REFERENCIA: ANEXO 1 (TÉCNICAS)

30.- PREGUNTA 1.-

ANEXO 1 TÉCNICO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO LL, EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN, EN EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2017. PARTIDA 3. LABORATORIO DE QUÍMICA, MICROSCOPIO FLUORESCENTE

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR POR SEPARADO EL MICROSCOPIO FLUORESCENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES DE ESTA LICITACION

31.- PREGUNTA 2.-

ANEXO 1 TÉCNICO ANEXO 1, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO LL, EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN, EN EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2017. PARTIDA 3. LABORATORIO DE QUÍMICA, MICROSCOPIO FLUORESCENTE

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR CARACTERÍSTICAS IGUAL O SUPERIORES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA

32.- PREGUNTA 3.-

ANEXO 1 TÉCNICO, ANEXO 1, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO LL, EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACÁN, EN EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2017. PARTIDA 3. LABORATORIO DE QUÍMICA, MICROSCOPIO FLUORESCENTE

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODER OFERTAR EN LUGAR DE ILUMINACIÓN HALÓGENA, FUENTE DE ILUMINACIÓN LED LA CUAL OFRECE, LUZ FRÍA, COLOR ESTABLE DE LA TEMPERATURA DE LA LUZ Y MAYOR VIDA ÚTIL? ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASES DE ESTA LICITACION

ASUNTOS GENERALES

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU PENÚLTIMO PÁRRAFO, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE ESTE EVENTO






2015 - 2021



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



JUNTA DE ACLARACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° I.I.F.E.E.M.-LPN-001/2018 Y/O LA-916048998-E171-2018, DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL PLANTEL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, CON CLAVE: 16EIT0006W, DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

FORMAN PARTE DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO POR LO QUE SU INOBSERVANCIA CONSTITUYE UN MOTIVO PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.

SE LES NOTIFICA A LOS PARTICIPANTES QUE EL EVENTO DE **PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DE ESTE INSTITUTO.

SE DIFUNDIRA ESTA ACTA A TRAVÉS DE COMPRANET Y EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE HOY, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO:

ARQ. MARÍA GUADALUPE DIAZ CHAGOLLA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ING. ARQ. ALFREDO TORRES ROBLEDO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
EQUIPAMIENTO

C. JOSE GERARDO PONCE ARREOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
MOBILIARIO Y EQ. ESCOLAR

Gerardo Ponce

LIC. ZAIDETH GUADALUPE CARRANZA GARCIA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.



MICHOACÁN
— Está en ti —